



### Características do Produto

Equipamento Electrocirúrgico;  
Micro e Macro Coagulação;  
Potência Micro Coagulação: 0.1 a 9.9 watts, ajustáveis em etapas de 0.1 watts;  
Potência Macro Coagulação: 1 a 50 watts, ajustáveis em etapas de 1 watt;  
Utilização universal da coagulação bipolar;  
Adaptação automática aos diferentes tipos de tecidos tanto em micro como macro;  
Utilizado em: Microcirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica e Reconstructiva, ORL, Oftalmologia, Cirurgia Pediátrica, Ginecologia, Laparoscopia;  
Teste automático após ligação do equipamento;  
Valores empíricos individuais e específicos de cada indicação podem ser armazenados em 4 memórias e consultados rapidamente com o simples pulsar de uma tecla;  
Irregularidades apresentadas através de sinal sonoro e visual;  
Pedal (opcional);  
Controlo remoto (opcional).

#### Acail Angola

Polo Industrial de Viana  
EN Luanda - Catete Km 23  
ANGOLA

922 327 152  
acailangola@gmail.com  
www.acailangola.com